



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Asse II - Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" - Sotto-azione B1 "Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione" e Sotto-azione B2 "Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali"

Codice Progetto: 10.8.1.B1 FESR PON-PU-2018-114

CUP: G88G18000300007

IIS - "FERRARIS-DE MARCO-VALZANI"-BR
Prot. 0008681 del 10/11/2018
06-02 (Uscita)



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Istituto Istruzione Secondaria Superiore

Ferraris • De Marco • Valzani

Brindisi - San Pietro Vernotico

OGGETTO: - Verbale della Commissione Tecnica di verifica della fornitura per l'Allestimento del Laboratorio Scientifico "Innov@lab". RdO 1959269 LOTTO UNICO - CIG: ZD323C2D22
- Certificato Accettazione Conformità Merce.

CUP: G88G18000300007

- VISTO** Il Decreto Dirigenziale di Costituzione della Commissione Tecnica di verifica della fornitura per l'Allestimento del Laboratorio Scientifico "Innov@lab". RdO 1959269 LOTTO UNICO - CIG: ZD323C2D22, Prot. 8210 (06-02 Uscita) del 24/10/2018;
- VISTA** la Lettera di Invito Prot. 3242 (06-12 Uscita) del 18/06/2018, relativa alle forniture per l'allestimento del Laboratorio Scientifico "Innov@lab" e, in particolare quanto riportato all'art. 14 "Accettazione Conformità Merce";
- VISTO** Il Capitolato Tecnico Forniture per l'allestimento del Laboratorio Scientifico "Innov@lab" Prot. 3247 (06-12 Uscita) del 18/06/2018;
- VISTA** la stipula del contratto RdO T1959269 L1 P4708667 tra l'IPSIA Galileo FERRARIS e la società ML SYSTEMS S.r.l. di Palermo (PA), Prot. 3662 (06-12 Uscita) del 07/07/2018;
- VISTA** L'Ordine 76/2018, Prot. 3658 (06-12 Uscita) del 07/07/2018 a ML SYSTEMS S.r.l. di Palermo (PA) per la fornitura in oggetto;
- VISTI** i DDT 707, Prot. 7552 (06-02 Entrata) del 04/10/2018 (Cappa aspirante), DDT 707, Prot. 7552 (06-02 Entrata) del 04/10/2018 (Cappa aspirante), DDT 272/18, Prot. 8271 (06-02 Entrata) del 08/10/2018 (Materiale vario), DDT 2018-DT-983, Prot. 8430 (06-02 Entrata) del 03/11/2018 (Sgabelli) e DDT 019-18, Prot. 8431 (06-02 Entrata) del 03/11/2018 (Banchi), relativi alle spedizioni eseguite dalla società ML SYSTEMS S.r.l. di Palermo (PA).

Contatti e riferimenti

Pag. 1

Responsabile del procedimento

Codice Meccanografico: BRIS01400X

Codice Fiscale: 91071150741

Codice Univoco Ufficiale: UFYERO

Sito web: www.iissdemarcovalzani.gov.it

PEO: bris01400x@istruzione.it

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18

72100 Brindisi - tel. 0831 560325

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1

72100 Brindisi - tel. 0831 418861

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

La Commissione Tecnica, formata dal Prof. D'ADORANTE Roberto, Prof.ssa CARETTO Maria Vincenza e A.T. PATERA Antonio s'insedia nei locali dell'I.I.S.S. "FERRARIS - DE MARCO - VALZANI" della sede di via Nicola Brandi, 1 alle ore 10:00 e inizia con le operazioni di verifiche indicate nel Decreto Dirigenziale, Prot. 8210 (06-02 Uscita) del 24/10/2018. Alle ore 13:30, non potendo continuare i controlli, causa impegni improrogabili di alcuni membri, la Commissione si congeda e rinvia le operazioni di controllo al giorno 07/11/2018 alle ore 10:00, presso gli stessi locali dell'Istituto.

a) **Situazione Generale**

DDT	Colli	Ordine 76/2018		stato imballaggi	quantità	coerenza Capitolato	Verifica funzionale	note
		Matr.	Descrizione					
707	1	3046	Cappa aspirante ASALAIR CARBO900 Tipo A	Integro	nr. 01	SI	SI	
272/18	5	3044	Lavaocchi a parete con vaschetta	Integro	nr. 01	SI		A
		3047	Lampada BUNSEN con valvola di sicurezza	Integro	nr. 04	SI	SI	
		3048	Cartuccia ricambio a forare	Integro	nr. 08	SI	Non applicabile	
		3049	Sostegno treppiedi altezza regolabile	Integro	nr. 04	SI	Non applicabile	
		3050	Reticella spargifiamma con disco in ceramica 150x150 mm	Integro	nr. 04	SI	Non applicabile	
		3051	Microscopio biologico binoculare 1000x, alogeno	Integro	nr. 02	SI		B
		3052	Microscopio biologico trinoculare 1000x con telecamera 3 Mpx	Integro	nr. 01	SI		B
		3053	Notebook HP 17-AE103NL S.O. Windows 10 – Office 2016 Home & Student - Borsa - Mouse	Integro	nr. 01	SI	SI	
		3054	Videoproiettore EPSON EB-W39 Completo di: supporto fissaggio a soffitto regolabile e cavo HDMI 5 mt	Integro	nr. 01	SI	SI	
		3055	Schermo proiezione elettrico 240x180cm 4:3 Tela Bianca Ignifuga Completo di puntatore laser.	Integro	nr. 01	SI		C

Segue

Contatti e riferimenti

Pag. 2

Responsabile del procedimento

Codice Meccanografico: BRIS01400X

Codice Fiscale: 91071150741

Codice Univoco Ufficiale: UFYERO

Sito web: www.iissdemarcovalzani.gov.itPEO: bris01400x@istruzione.itPEC: bris01400x@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18

72100 Brindisi - tel. 0831 560325

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1

72100 Brindisi - tel. 0831 418861

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

continuazione

DDT	Colli	Ordine 76/2018		stato imballaggi	quantità	coerenza Capitolato	Verifica funzionale	note
		Matr.	Descrizione					
272/18	5	3056	Kit acqua	Integro	nr. 01	SI	Non applicabile	
		3057	Kit test acidità	Integro	nr. 01	SI	Non applicabile	
		3058	Kit saggi alla fiamma	Integro	nr. 01	SI	Non applicabile	
		3059	Kit per analisi del terreno	Integro	nr. 01	SI	Non applicabile	
		3060	Kit analisi nitrati più analisi cloruri	Integro	nr. 01	SI	Non applicabile	
		3061	Apparecchio legge di Hooke	Integro	nr. 01	SI	Non applicabile	
		3062	Starter kit batteriologico	Integro	nr. 01	SI	Non applicabile	
		3063	Bilancia di precisione	Integro	nr. 01	SI		B
		3064	Kit di nr. 4 dinamometri e masse assortite	Integro	nr. 01	SI	Non applicabile	
		3065	Termometro digitale	Integro	nr. 01	SI	SI	
		3066	Disco di Newton	Integro	nr. 01	SI	Non applicabile	
		3067	Datalogger GSM di temperatura e umidità con sensori e modem integrati	Integro	nr. 02	SI		B
2018-DT-983	1	3045	Sgabello fisso con poggiatesta altezza 64 cm	Integro	nr. 20	SI	Non applicabile	
019-18	22	3043	Banco centrale attrezzato per laboratorio di chimica e fisica. Misure complessive: lungh. 4,80; largh.1,55; h top 0,90, h portareagenti 2.00. Completo di 2 lavelli, rubinetti, prese elettriche e prese LAN	Integro	nr. 01	SI		A

Contatti e riferimenti

Pag. 3

Responsabile del procedimento

Dirigente Scolastico: **Rita Ortenzia DE VITO**Codice Meccanografico: **BRIS01400X**

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18

Codice Fiscale: **91071150741**

72100 Brindisi - tel. 0831 560325

Codice Univoco Ufficiale: **UFYERO**

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1

Sito web: www.iissdemarcovalzani.gov.it

72100 Brindisi - tel. 0831 418861

PEO: bris01400x@istruzione.it

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

b) **Condizioni particolari**

NOTA	
A	Per eseguire la verifica funzionale delle apparecchiature contrassegnate con i numeri di matricola 3043 e 3044, bisogna montare i componenti e collegarli ai relativi impianti di alimentazione (elettrico, idrico) e di scarico idrico. Pertanto i relativi controlli saranno eseguiti in fase di collaudo, avvalendosi, se necessario, dalla garanzia del produttore.
B	Per eseguire la verifica funzionale delle apparecchiature contrassegnate con i numeri di matricola 3051, 3052, 3063 e 3067, risulta necessario sistemare i dispositivi in idoneo ambiente di lavoro e corredarli di componenti accessori che permettano testare le diverse funzionalità. Pertanto i relativi controlli saranno eseguiti in fase di collaudo, avvalendosi, se necessario, dalla garanzia del produttore.
C	Per testare lo schermo matricola 3055 si deve prima fissare la struttura di avvolgimento a muro e realizzare l'impianto di azionamento elettrico. Pertanto i relativi controlli saranno eseguiti in fase di collaudo, avvalendosi, se necessario, dalla garanzia del produttore.

c) **Nota conclusiva**

Per quanto precedentemente esposto, questa Commissione stabilisce che la fornitura eseguita dalla società ML SYSTEMS S.r.l. di Palermo (PA), è conforme con quanto richiesto nell'Ordine 76/2018 emesso dall'I.P.S.I.A. "Galileo FERRARIS" con Prot. 3658 (06-12 Uscita) del 07/07/2018.

Il presente verbale ha valore di **Certificato Accettazione Conformità Merce Incondizionato**.

Finiti i lavori di verifica e la stesura del presente verbale, la Commissione si congeda alle ore 12:30.



Prof. D'ADORANTE Roberto



Prof.ssa CARETTO Maria Vincenza



A.T. PATERA Antonio

Brindisi, 07 novembre 2018